Bericht

Titel:	Keine Filternutzung
Zuständiges Fachgebiet:	*leer*
Altersgruppe des Patienten:	*leer*
Geschlecht des Patienten:	*leer*
Wo ist das Ereignis passiert?	*leer*
Welche Versorgungsart:	Routinebetrieb
In welchem Kontext fand das Ereignis...	*leer*
Was ist passiert?	Es werden keine Filter genutzt bei der Erneuerung der Beatmungsmaschine an der Testlunge, wodurch Bakterien etc. Durch das Gerät aufgenommen wird und dadurch in den Pat. Oder es wird der Filter drauf belassen bis der Pat. auf Station kommt und nicht erneuert.
Was war das Ergebnis?	*leer*
Wo sehen Sie Gründe für dieses Erei...	Filter nutzen
Kam der Patient zu Schaden?	*leer*
Welche Faktoren trugen zu dem Ereig...	*leer*
Wie häufig tritt dieses Ereignis ungefä...	täglich
Wer berichtet?	andere Berufsgruppe

Feedback des CIRS-Teams / Fachkommentar

Kommentar:

Autor: Prof. Dr. med. Christopher Neuhaus in Vertretung des Berufsverbandes Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten (BDA) und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin (DGAI)

Leider ist der Kontext der Meldung unklar, insbesondere um welche „Station” und welche Art von Beatmungsgerät es sich handelt. Daher kann diese nicht weiter kommentiert bzw. können keine Empfehlungen gegeben werden.